FACTOR DE COMPACTACIÓN CF-A.





NORMAS: BS 1881-103, BS 5075 El aparato se utiliza para determinar la trabajabilidad de hormigón fresco, siempre que el tamaño máximo del agregado. No supera los 38 mm. La prueba es particularmente útil para mezclas de concreto de muy baja trabajabilidad donde la verdadera depresión los valores no son confiables. Consta de dos tolvas cónicas rígidas y un cilindro montado en un marco de metal rígido. Las aberturas inferiores de, las tolvas están equipadas con trampillas abatibles con una rápida liberar capturas. Se proporciona una placa de metal circular para cubrir la parte superior del cilindro.

Calificación: Sin calificación
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Standard: BS 1881-103, BS 5075.

Model CF-A	
Dimensions:	350 (L) x 320 (W) x 1300 (H)
Net weight:	25 kg