MODELO (62-L0060) APARATO PARA LA MEDICIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE DEL CEMENTO.





NORMAS: ASTM C91, C110 El aparato 62-L0060 se usa para determinar la densidad aparente de cemento según lo especificado por la “Commission des méthodes d’essai des matériaux de construction ”. Consiste en un embudo de tamiz, una unidad de peso mide 1 litro de capacidad, una trípode, y regla. Dimensiones totales: 350x350x520 mm. Peso aprox .: 3 kg.

Calificación: Sin calificación
Haga una pregunta sobre este producto