PRUEBA DE EMBUDO EN V 54-C0147 V-FUNNEL.





Este aparato se utiliza para evaluar la segregación. Resistencia del hormigón autocompactante recién mezclado por la observación sobre la velocidad de flujo debido a la diferencia de las muestras del periodo restante en el embudo. Consiste en un embudo colocado verticalmente en un soporte de apoyo, que tiene 10 litros de capacidad, soporte montado. El borde superior del embudo es liso y reforzado, y el orificio de salida está equipado con una válvula de cierre que se puede abrir. Embudo (ancho x profundo): 515 x 75 mm Altura total: 1000 mm. Peso aproximado: 20 kg.

Calificación: Sin calificación
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

